

平成 29 年 1 月 10 日

利用者各位

人工光合成研究センター 分析機器運営部会長
藤井律子

人工光合成研究センター分析施設(FT-ICR-MS)の不具合について

昨年 12 月 26 日、本施設の FT-ICR-MS 装置がクエンチを起こし、使用できない状態となっております。

現在、原因究明と復旧作業を行っており、1 月 19 日頃には、復旧する見込みになっております。

この間の依頼分析に関しましては、ご要望に添えるように最善を尽くしますが、納期がかかる可能性がございます。

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、本機器による依頼分析をご利用の際にはどうぞ余裕を持って事前相談を頂けますよう、お願い申し上げます。(事前相談窓口：技術職員 下中智美)

今後とも宜しくお願い致します